

# PRODUKTDATABLAD

## CareSens N teststrimler

Teststrimler til brug sammen med CareSens N blodsukkerapparat familien.

Beholderen med teststrimler er let oplukkelig.

Udløbsdato og opbevaringstemperatur står på emballagen.



<b>Måleområde:</b>	1,1 – 33,3 mmol/l
<b>Kodes/kalibreres:</b>	Automatisk
<b>Måletid:</b>	5 sekunder
<b>Blodmængde:</b>	0,5 µl
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Ja/IVD class IIb
<b>Steril vare/metode:</b>	Nej
<b>Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:</b>	Ja
<b>Holdbarhed fra produktionen:</b>	24 måneder
<b>Holdbarhed teststrimler efter åbning:</b>	24 måneder fra produktionsdato
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Følg lokale regler
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Følg lokale regler
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Blodet suges fra:</b>	Spidsen af teststrimlen
<b>Genopfyldning af teststrimmel:</b>	Nej
<b>Batchnummer:</b>	Ja
<b>Dansk mærkning på emballagen:</b>	Ja
<b>Dansk brugsanvisning:</b>	Ja

# PRODUKTDATABLAD

## CareSens N teststrimler

<b>Opbevaring af teststrimler:</b>	+1 °C til +30 °C
<b>Måling skal foretages ved temperatur:</b>	+5 °C til +50 °C
<b>Særlig bemærkning:</b>	Teststrimmel kan anvendes en gang
<b>Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:</b>	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.
<b>Teststrimler passer til følgende apparat(er):</b>	6407265 CareSens N, 6407266 CareSens N Pop, 6407267 CareSens N Premier

### Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Indhold
6407269	317104	CareSens N teststrimler	æske a 50 stk.

\* Henviser til producentens reference nr.