


CERTIFICATE OF ANALYSIS		No 420/20/KJ/610
Product Name/ <i>Nazwa Produktu</i>	Acti-Lance, safety lancet Universal, 23G	
Catalog Number/ <i>Numer Katalogowy</i>	7142	
Order Number/ <i>Numer Zamówienia</i>	253564/ZS-1244/2020	
Dispatch Number/ <i>Numer Listy Wysyłkowej</i>	497 / 2020	
Lancet Drawing Revision/ <i>Numer Rysunku</i>	610.0200.2.0R2d	
Lot Number/ <i>Nr Serii</i>	A11F243L9	
Date Of Production/ <i>Data Produkcji</i>	2020-07-17 ÷ 2020-07-19	
Lot Quantity/ <i>Ilość</i>	10 boxes	
Complete Needle Lot Number/ <i>Nr Serii Igły kompletnej</i>	11F220	
Sterilization Certificate No./ <i>Numer Certyfikatu Sterylizacji</i>	1171/20/EX	
Sterilization Method/ <i>Metoda Sterylizacji</i>	Gamma Irradiation Co-60 Min 17,5 kGy - Max 40,0 kGy	
Expiry Date/ <i>Data Ważności</i>	2025 – 07 – 01	
<p>We certify that the product meets requirements of the Product Specification ZN-2007/HTL – 610.01 revision 17</p> <p><i>Niniejszym oświadczamy, że wyrób spełnia wymagania Specyfikacji Produktowej ZN-2007/HTL – 610.01 wydanie 17</i></p>		
Date Of Preparing Certificate/ <i>Data Sporządzenia Certyfikatu</i>	2020-08-17	
Signature/ <i>Podpis</i>	SPECJALISTA DS. JAKOŚCI - HISTORIA WYROBU QUALITY SPECIALIST - DHR  Joanna Andrzejewska	
Decision/ <i>Decyzja</i>	